		Аппараты	
N	Параметр	**"Эликон-01"**	**"ЭСТЕР"**
1	Максимальное значение количества электричества (дозы), отдаваемого за процедуру	330мКл	330мКл
2	Диапазон устанавливаемого значения дозы	От 16,5мКл до 330мКл	30 ÷ 330мКл
3	Дискретность установки значения дозы	16,5мКл или 25,5мКл	1мКл
4	Расчет значения дозы	Необходим расчет в ручную (длительность импульса х ток х число имп.	Автоматический с индикацией на дисплее
5	Отображение выданной дозы	нет	На дисплее
6	Вид импульсов	серия однополярных прямоугольных импульсов	серия однополярных прямоугольных импульсов
7	Характер серии импульсов	непрерывная и модулированная - 3 имп.-пауза-3 имп.	непрерывная и модулированная - 5 имп.-пауза-5 имп.
8	Режим запуска серии импульсов: - мгновенное достижение амплитуды; - плавное нарастание амплитуды	0,08-1,6 сек.	1 сек
9	Амплитуда импульсов тока (*на активной нагрузке не более 400Ом*)	550мА и 850мА	550мА и 850мА
10	Длительность импульсов тока	1,5мс	0,5мс; 1мс; 1,5мс
11	Частоты следования импульсов	27Гц; 40Гц	27Гц; 40Гц; 60Гц; 77Гц
12	Режим проведения процедуры по ограничению числа импульсов	ручной и автоматический	ручной и автоматический
13	Переход на амплитуду 850мА при повторном запуске в процедуре	Да	Да
14	Режим тестирования	автоматический при включении аппарата и ручной при необходимости	автоматический при включении аппарата и ручной при необходимости
15	Непрерывное тестирование целостности цепи пациента	Да	Да

Красным цветом отмечены одинаковые или сравнительно одинаковые параметры.
Синим цветом отмечены выигрышные параметры.